医療機器 管理医療機器

パルスオキシメーター

YX301／YX102



指先に挟むだけで SpO_2 と脈拍を測定する、グロックスのパルスオキシメーターです。YX301 と YX102 の2機種からお選びいただけます。型番を選ぶと、その機種の仕様と価格が表示されます。

- SpO_2（血中酸素飽和度）と脈拍を測定します
- YX301 と YX102 の2機種をそろえています
- 第一種医療機器製造販売業許可のもとで、法規対応まで当社で行います
- 病院・介護施設・自治体向けの数量でも、数個単位でも対応します

株式会社グロックス
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル4階
製品・価格のお問い合わせは、下記のお電話またはWebフォームから承ります。
TEL 03-5859-5966　FAX 03-4496-5497
www.glox.co.jp/contact.html

パルスオキシメーター　型番別の仕様

	YX301	YX102
型番	YX301（品番 PO-YX301）	YX102
測定項目	SpO_2（血中酸素飽和度）・脈拍	SpO_2（血中酸素飽和度）・脈拍
ブランド	GLOX	GLOX
特長	ワンタッチ操作。指に挟むだけで測定できます。画面は傾きに合わせて自動で回転（4方向）。約54gの軽量コンパクト。管理医療機器認証品で、多数の県庁で採用されています	指を入れると自動で電源オン・測定開始。外すと自動で電源オフ
分類	管理医療機器／特定保守管理医療機器	管理医療機器／特定保守管理医療機器
認証番号	303AGBZX00030000	304AGBZI00006000
酸素飽和度（SpO_2）測定範囲	70%〜100%（表示範囲 0〜100%）	70%〜100%
酸素飽和度（SpO_2）測定精度	±2%	±2%
脈拍数（PR）測定範囲	25〜250BPM	25〜250BPM
脈拍数（PR）測定精度	±1BPM または ±1%（大きい方）	±1%／±1BPM
クイック測定	5〜8秒	8秒
ディスプレイ	OLED（正しく測定されないときは「---」と表示）	LED
電池	単4形アルカリ乾電池 1.5V×2本（DC3V）	単4アルカリ乾電池 1.5V×2本（DC3V）
電池寿命	約2000回（30秒/回）［当社試験条件による］	—
使用環境	温度 5〜40°C／湿度 ≤80%RH（結露なきこと）／気圧 860〜1060hPa	温度 5〜40°C／湿度 ≤80%
保管環境	温度 −20〜55°C／湿度 ≤93%RH（結露なきこと）／気圧 500〜1060hPa	—
寸法（L×W×H）	約66mm × 35mm × 30mm	約60mm × 36mm × 35mm
質量	約54g（電池を含む）	約59g（電池を含む）
IP保護等級	IP22（IEC 60529）	—
装着部の分類	BF形装着部（指挿入部）	—
適合規格	EMC：IEC 60601-1-2:2014 適合／CE認証	—
耐用期間	製造日から5年［当社データ（自己認証）による］	—
使用目的及び効果	動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること	—
付属品	動作確認用電池（単4形アルカリ乾電池2本）・ストラップ・取扱説明書（保証書付き）	単4アルカリ乾電池2本・ストラップ・取扱説明書（保証書付き）
原産国	中国	—
製造販売業者	株式会社グロックス	株式会社グロックス
消費電力	—	≤40mA

株式会社グロックス
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル4階
TEL 03-5859-5966　FAX 03-4496-5497
製品・価格のお問い合わせは、下記のお電話またはWebフォームから承ります。
www.glox.co.jp/contact.html