株式会社グロックス

パルスオキシメータ　YX102

管理医療機器／特定保守管理医療機器　　認証番号 304AGBZI00006000

基本仕様

※　指を入れると自動電源オン／測定開始、指を外すと自動電源オフ

- 酸素飽和度（Sp02）測定範囲：70%～100%
- 脈拍数（PR）測定範囲：25～250BPM
- 酸素飽和度（Sp02）測定精度：±2%
- 脈拍数（PR）測定精度：±1%/±1BPM
- 消費電力：≤40mA
- 使用環境：温度：5～40℃／湿度：≤80%
- 電池：単4アルカリ乾電池1.5V×2本（DC3V）
- ディスプレイ：LED
- 寸法（LWH）：約60mm x36mm x 35mm
- 質量：約59g（電池を含む）
- クイック測定：8s
- 付属品：
  単4アルカリ乾電池2本
  ストラップ
  取扱説明書（保証書付き）







製造販売業者：株式会社グロックス