管理医療機器　特定保守管理医療機器　多数の県庁で採用

パルスオキシメーター

YX301

指先に挟むだけで、SpO_2（経皮的動脈血酸素飽和度）と脈拍数を測定します。画面は傾きに合わせて自動で回転。電池を含めて約54gの、軽量でコンパクトな管理医療機器です。



5〜8秒
クイック測定

±2%
SpO_2 測定精度

約54g
質量（電池を含む）

4方向
画面の自動回転

FEATURES



ワンタッチ操作

指に挟むだけで、数秒で測定が完了します。操作は電源ボタンひとつです。



画面が自動で回転

傾けると、画面が自動で回転します。360度の画面切替が可能で、4方向の表示から選べます。



軽量・コンパクト

電池を含めて約54g。約66×35×30mm の小さな本体で、持ち運びにも向いています。

パルスオキシメーターとは

指先などに光をあてて、SpO_2（動脈血中のヘモグロビンのうち、酸素と結合している割合）と脈拍数を、採血することなく測定する医療機器です。病院の手術室や集中治療室、内科・呼吸器科・循環器科の外来や病棟などで、幅広く使われています。

株式会社グロックス
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル4階
製造販売元：株式会社グロックス
TEL 03-5859-5966　FAX 03-4496-5497
contact@glox.co.jp　www.glox.co.jp

SPECIFICATIONS

基本仕様

販売名	パルスオキシメータ YX301
一般的名称	パルスオキシメータ
品番	PO-YX301
使用目的及び効果	動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること
酸素飽和度（SpO_2）	測定範囲 70〜100%／表示範囲 0〜100%／測定精度 ±2%
脈拍数（PR）	測定範囲 25〜250BPM／測定精度 ±1BPM または ±1%（大きい方）
クイック測定	5〜8秒
画面表示	OLEDディスプレイ（正しく測定されないときは「---」と表示）
電池	単4形アルカリ乾電池 1.5V×2本（DC3V）
電池寿命	約2000回（30秒/回）［当社試験条件による］
使用環境条件	温度 5〜40°C／相対湿度 ≤80%RH（結露なきこと）／気圧 860〜1060hPa
保管環境条件	温度 −20〜55°C／相対湿度 ≤93%RH（結露なきこと）／気圧 500〜1060hPa
寸法（L×W×H）	約66mm × 35mm × 30mm
質量	約54g（電池を含む）
付属品	動作確認用電池（単4形アルカリ乾電池2本）、ストラップ、取扱説明書（保証書付き）等
原産国	中国

CERTIFICATION

医療機器の分類	管理医療機器／特定保守管理医療機器
認証番号	303AGBZX00030000
装着部の分類	BF形装着部（指挿入部）

IP保護等級	IP22（IEC 60529 規定）
EMC規格	IEC 60601-1-2:2014 に適合
耐用期間	製造日から5年［当社データ（自己認証）による］

ご購入・お見積りのご相談

価格・納期は、数量により異なります。お電話またはWebフォームから、お気軽にご相談ください。
病院・介護施設・自治体向けの数量にも、数個単位にも対応します。

TEL **03-5859-5966**
FAX **03-4496-5497**
E-MAIL **contact@glox.co.jp**
WEB **www.glox.co.jp**

※ 仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。※ 本製品は医療機器です。ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みください。

株式会社グロックス
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-4 井門九段下ビル4階
製造販売元：株式会社グロックス
TEL 03-5859-5966　FAX 03-4496-5497
contact@glox.co.jp　www.glox.co.jp